

URGENT – INFORMATIONS DE SECURITE

Votre structure est susceptible d'avoir été destinataire de masques labellisés « Biomass Graphène ». Dans l'attente de l'évaluation de l'éventuel risque lié à la présence de graphène dans ces masques, et par précaution, il vous est demandé de ne plus les utiliser.

Santé publique France a identifié la référence suivante comportant cette mention :

<u>Type de masque</u> : Masque FFP2
<u>Dénomination</u> : FFP2 Particle filtering half mask
<u>Modèles</u> : SNN200647, SNN70369B et SNN70370B
<u>Lots</u> : tous les lots
<u>Fabricant</u> : Shandong Shengquan New Materials



En cas de présence dans vos stocks de la référence concernée, merci de mettre la référence en quarantaine et de retourner le formulaire ci-après à qualite_covid19@santepubliquefrance.fr

Si les masques ont été redistribués, identifier les structures concernées et transférer le courrier ainsi que le formulaire afin que chaque structure indique les éventuelles quantités détenues.

Santé publique France vous tiendra informée de la conduite à tenir.

Formulaire de réponse réf. Biomass Graphène

<u>Type de masque</u> : Masque FFP2
<u>Dénomination</u> : FFP2 Particle filtering half mask
<u>Modèles</u> : SNN200647, SNN70369B et SNN70370B
<u>Lots</u> : tous les lots
<u>Fabricant</u> : Shandong Shengquan New Materials

Veuillez lire le courrier associé et renvoyer ce formulaire rempli et signé dès que possible ou au plus tard le 7/06/2021

à l'adresse qualite_covid19@santepubliquefrance.fr

☐ Nous avons en notre possession les unités suivantes des masques concernés et je confirme que les unités ont été mis en quarantaine

Indiquer les modèles, les lots et quantités :

☐ Je confirme que ce courrier a été lu et compris et que toutes les actions nécessaires ont été mises en œuvre.

Remplir le tableau suivant :

Dénomination établissement	
Nom de la personne	
Adresse	
Tel/adresse email	
Date et signature	